

## Checkliste zur Aufnahme einer digitalen Mammographie-Einheit in die Physikalisch-Technische Qualitätssicherung

### Kontaktdaten

Zugehörige Screening-Einheit

Betreiber / zuständiger Arzt

Mailadresse Betreiber

Ansprechpartner MTRA

Mailadresse MTRA

Anschrift

Strasse & Hausnr.

PLZ & Ort

Telefon 1 / Telefon 2

### Gerätedetails

Hersteller / Baujahr

Modell

Seriennummer

Standort (Etage / Raum)

Geplanter Betriebsbeginn

### Geplante Einsatzbereiche

	ja	nein
Erstellung von Screening-Mammographien		
Kurativer Betrieb		
Abklärungsdiagnostik		
Stereotaktische Biopsie		
Postinterventionelle Kontrollaufnahmen		
Einsatz der Tomosynthesefunktionalität*		

## Strahlenschutzrechtliche und gerätetechnische Unterlagen

Bitte die dazugehörigen Dokumente als digitale Kopie übermitteln

Ausgeführt von

Prüfdatum

Abnahmeprüfung

Bezugswerte für die Konstanzprüfung

Abnahmeprüfung

Bildwiedergabesystem (BWS)

Bezugswerte für die

Konstanzprüfung BWS

Nachweis der Interoperabilität

Sachverständigenprüfung nach SV-RL

Genehmigung nach §12 StrlSchG

durch die zuständige Behörde

**\* Hinweis:**

*Wenn beabsichtigt ist, die Tomosynthesefunktionalität im MSP einzusetzen, muss dies der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. Zur Erteilung einer Genehmigung nach §12 StrlSchG sind vom Antragsteller für den Einsatz der Tomosynthese in der Abklärungsdiagnostik zusätzliche Anforderungen in folgenden Bereichen zu erfüllen:*

- 1. Physikalisch-technische Qualitätssicherung*
- 2. Gerätetechnische Ausstattung*
- 3. Anforderung an die Qualifikation des Personals*

*Ergänzende Informationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit.*